



A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino

Sede legale – Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri (TO) - C.F. e P.I. 06827170017

Allegato 2

Informativa per la fornitura di sollevatore per disabili

per favorire un appropriato utilizzo del sollevatore nell'interesse del Paziente

Sig..... e di chi lo assiste (definito

in questa informativa care giver), l'Azienda ASLTO5 procede ad informare il

Sig.....residente in

..... qualità di che:

1. il sollevatore deve essere utilizzato nei limiti di quanto previsto dal "libretto d'uso" che deve essere necessariamente allegato alla fornitura;
2. il sollevatore è indicato esclusivamente per movimentare il paziente in limitati trasferimenti (ad es. letto-carrozzina e viceversa, posti in posizioni contigue), da eseguirsi sempre sotto diretta responsabilità, nel rispetto delle modalità d'uso, del care giver);
3. il sollevatore, nello specifico, può essere utilizzato dal care giver per spostare il Paziente solo dopo aver verificato il corretto posizionamento del paziente nella imbragatura ed il corretto aggancio della imbragatura stessa negli appositi ganci del sollevatore;
4. il sollevatore non deve mai essere utilizzato per spostamenti diversi da quelli descritti nel punto 2: è vietato l'uso per spostamenti all'interno del domicilio, per il rischio di cadute del paziente e di rotture del sollevatore per carichi eccessivi e non previsti;
5. ogni malfunzionamento del sollevatore o dell'imbrago va segnalato al Distretto di appartenenza del paziente con contemporanea immediata sospensione del suo utilizzo.

A seguito della informativa, si procede presso l'Ausilioteca aziendale alla dimostrazione, da parte del Personale del servizio, del corretto uso del sollevatore con prova pratica di utilizzo da parte del care giver.

Si precisa che il sollevatore che sarà consegnato all'assistito può essere diverso da quello utilizzato per la presente dimostrazione.

..... li

Dott.

Il sottoscritto In qualità di

Dichiara di aver ricevuto in data odierna in modo esaustivo da parte dell'Azienda ASL TO5 l'informativa relativa al corretto utilizzo del sollevatore e di aver effettuato la prova pratica.

Il sottoscritto si impegna ad utilizzare il sollevatore in modo corretto, seguendo con scrupolo tutte le indicazioni ricevute.